


# 定量分析結果報告書

## [試料情報]

測定日時	2017/3/27 10:57
レシピ	HSP1000
品名	PP
品番	1911BK
ロットNo.	703211U
オペレータ	近藤
備考	

## [試料画像]



## [測定条件]

	条件1	条件2	条件3	条件4
測定時間 (秒)	10	10	11	
デッドタイム (%)	29	7	30	
管電圧 (kV)	50	50	15	
管電流 (uA)	189	1000	446	
フィルター	Pb用	Cd用	Cr用	
雰囲気	大気	大気	大気	
機種名	SEA1000A II(Rh) ID7443 ( Ver. 10.06.7.1 )			
コリメータ	φ 5.0mm			
測定法	バルク検量線 C:¥XRAY¥ANA¥HSP1000.bcc			
備考				

## [分析結果]

総合判定	○					
N sigma	3					
	濃度 (ppm)	濃度判定	統計誤差 3σ (ppm)	統計誤差判定	X線強度 (cps)	強度誤差 3σ (cps)
Cd	2	○	17	○	0.3	2.4
Pb	2	○	3	○	1.2	2.1
Hg	0	○	5	○	0.0	3.1
Br	0	○	23	○	0.0	3.4
Cr	3	○	11	○	1.4	5.1
Cl	0					

## [スペクトル]

